檔 號:0003 保存年限:

## 臺中市政府衛生局 函

地址:403001臺中市西區民權路105號

承辦人: 黄琬珍

電話: 04-22220655#3318 傳真: 04-2224-9357

電子信箱:m01290@taichung.gov.tw

受文者:社團法人臺中市大臺中醫師公會

發文日期:中華民國112年12月29日

發文字號: 局授衛食藥字第1120174770號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:

主旨:有關貴公司自主回收「因沛樂心室支持系統(衛部醫器輸字第033804號)(型號及批號詳如說明段)」醫療器材一案,請查照辦理。



## 說明:

- 一、復貴公司112年12月18日嘉藥司字第202300039號函。
- 二、旨揭受影響產品資訊如下:
  - (一)名稱:Impella CP Set with Smart Assist、型號:0048-0014、批號:2024285395、2024285432、2024289460、2024290131。
  - (二)名稱:Impella 5.0 Set、型號:005060、批號: 2024296348、2024311836、2024329064、2024329066。
  - (三)名稱:Introducer Kit, 14Fr Long for Impella 、型號:0052-0039、批號:1683827、1637850。
  - (四)名稱:Introducer Kit, 14Fr Long for Impella 、型號:0052-0038、批號:1656534。
- 三、為保障民眾健康安全,請貴公司依回收計畫書確實執行產



品回收,並請於完成回收後,至衛生福利部食品藥物管理 署「藥物食品化粧品上市後品質管理系統」(http://qms. fda. gov. tw/tcbw/)登錄回收成果及提交回收成果報告書至 本局,並副知衛生福利部食品藥物管理署。

四、副本抄送各縣市衛生局及本市醫藥相關公協會,請惠予協 助轉知、配合辦理回收事宜。

正本: 嘉里醫藥物流股份有限公司



